

NAK—機技—036

# 機器技術認定書

GEインスペクションテクノロジーズ・ジャパン株式会社 殿

貴社より申請のありました下記の性能評価について、機器技術等認定委員会において慎重に審議した結果、当該器はJIS Z 3062「鉄筋コンクリート用異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験方法及び判定基準」に準拠し、鉄筋ガス圧接部の超音波探傷検査に供することができるものと評価し、認定いたしました。

平成20年3月13日

社団法人 日本圧接協会  
会長 林 静 雄



## 記

### 1. 件名

鉄筋ガス圧接部の超音波探傷器「USM35X RB(Re-Bar/圧接バージョン)」（汎用・専用）の性能評価

### 2. 評価事項

「USM35X RB(Re-Bar/圧接バージョン)」は、JIS Z 3062（鉄筋コンクリート用異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験方法及び判定基準）の規定に準拠し、汎用探傷器及び専用探傷器としてガス圧接部の超音波探傷検査に供する性能を有すること。

### 3. 認定書発行の条件

- 1) 認定有効期間：認定書発行日から5カ年とする。
- 2) 認定の更新：認定期間満了6ヶ月前から3ヶ月前までに、更新申請を行うこと。
- 3) 販売実績報告：認定された当該器の販売実績を認定1年目と更新時に報告すること。