

機器技術認定書

信明ゼネラル 株式会社 殿

公益社団法人日本鉄筋継手協会
会長 和泉信之



貴社より申請のあった下記の件について、本協会機器技術等認定委員会において慎重に審議した結果、当該機器は、JIS Z 3062 : 2014（鉄筋コンクリート用異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験方法及び判定基準）に規定された探傷装置の機能及び性能を満足し、鉄筋ガス圧接部の超音波探傷検査に供することができるものと評価し、認定します。

平成 27 年 9 月 30 日

記

1. 件 名

鉄筋ガス圧接部専用探傷器 USG-X の性能評価

2. 評価事項

「鉄筋ガス圧接部専用探傷器 USG-X」は JIS Z 3062 : 2014（鉄筋コンクリート用異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験方法及び判定基準）に規定された探傷装置の機能及び性能を満足し、専用探傷器としてガス圧接部の超音波探傷検査に供する性能を有すること。

3. 認定の種類

新規認定

4. 認定の有効期間及び更新

- 1) 認定の有効期間は、平成 32 年 9 月 30 日迄とする。
- 2) 認定を更新する場合は、有効期間満了の 6 ヶ月前から 3 ヶ月前迄に更新申請を行うこと。

以上